



# neodisher<sup>®</sup> Septo PreClean



## Détergent désinfectant pour le traitement manuel d'instruments thermostables et thermolabiles

Concentré liquide

### Domaine d'application :

- Prétraitement désinfectant d'instruments thermostables et thermolabiles, d'instruments dentaires et d'endoscopes flexibles, par ex. avant leur traitement en machine, en vue de garantir une protection optimale du personnel
- Trempage d'instruments chirurgicaux et dentaires pendant des durées prolongées, par ex. durant la nuit ou le week-end
- Convient également pour le nettoyage et la désinfection manuelle d'instruments thermostables et thermolabiles y compris les endoscopes flexibles

### Spectre d'efficacité :

- Efficacité bactéricide et levuricide confirmée selon les méthodes VAH<sup>1</sup> et normes EN<sup>2</sup> ainsi qu'un effet virucide limité confirmé selon les normes EN<sup>2</sup> et par les expertises du RKI/DVV<sup>3</sup>
- Convient à l'acier inoxydable, à l'aluminium anodisé, aux métaux non ferreux (cuivre et laiton), silicone, matières synthétiques
- Listé VAH<sup>1</sup>, inscrit dans la liste des désinfectants de l'IHO<sup>4</sup>

### Propriétés particulières :

- Très bon pouvoir détergent, ne fixe pas les protéines
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Sans aldéhydes et sans composés d'ammonium quaternaires

### Utilisation et dosage :

neodisher Septo PreClean peut s'utiliser dans des bains de trempage et à ultrasons. Selon l'efficacité souhaitée, préparer une solution selon les recommandations de dosage. Plonger les instruments ou endoscopes dans cette solution et respecter la durée d'action indiquée.

Il est conseillé de préparer la solution d'application neodisher Septo PreClean avec de l'eau adoucie ou de l'eau douce d'une dureté

inférieure à 10 °d. L'eau ne devrait pas présenter une dureté supérieure à 20 °d.

En cas de trempage, les instruments peuvent être laissés jusqu'à 72 heures dans la solution d'application neodisher Septo PreClean préparée en conséquence.

Efficacité désinfectante (20 °C, condition de saleté)	
Bactéricide (EN 13727, EN 14561, VAH)	5 ml/l (0,5 %), 15 min
Levuricide (EN 13624, EN 14562, VAH)	5 ml/l (0,5 %), 15 min
Effet virucide limité (y compris VHB, VIH, VHC) (EN 14476, EN 17111)	15 ml/l (1,5 %), 15 min
Effet virucide limité (y compris VHB, VIH, VHC) (selon RKI/DVV)	10 ml/l (1,0 %), 15 min

La stabilité de la solution d'application non utilisée est de 7 jours. Des solutions d'application contaminées en revanche ne doivent pas être réutilisées, mais fraîchement préparées tous les jours ou en cas de condition de saleté apparente selon les recommandations de la KRINKO<sup>5</sup> et du BfArM<sup>6</sup>.

La solution d'application neodisher Septo PreClean doit être rincée à l'eau (de préférence entièrement déminéralisée). De faibles quantités de résidus de neodisher Septo PreClean qui pourraient encore rester sur les instruments et passer ainsi dans le laveur-désinfecteur n'entraînent aucune action moussante ou chutes de pression des pompes de circulation susceptibles de compromettre le procédé. Il est fortement déconseillé d'utiliser des produits aldéhydes avant et après la désinfection avec neodisher Septo PreClean.



# neodisher<sup>®</sup> Septo PreClean

## Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour un usage professionnel.
- Pour un dosage contrôlé, nous recommandons d'utiliser des aides manuelles au dosage telles que le système de dosage neomatik mediDOS. Veuillez nous contacter.
- en règle générale, il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation de produits désinfectants.
- Le retraitement doit être effectué conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et à la réglementation applicable en utilisant des procédures validées appropriées. Respecter les recommandations de traitement des fabricants de dispositifs médicaux conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.
- Ne convient pas à la désinfection finale de dispositifs médicaux semi-critiques
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## Expertises :

L'efficacité désinfectante a été confirmée par des expertises. Les expertises sont disponibles sur demande.

## Données techniques :

Valeur pH	8,9 - 8,7 (5 - 15 ml/l, déterminée en eau entièrement déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	1,0 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :

< 5 % de tensioactifs non ioniques  
5 - 15 % de tensioactifs amphotères  
ainsi que des agents désinfectants et des agents odorants (limonène)

Substances actives dans 100 g :  
8,0 g de lauryl propylène diamine

Marquage CE : 

neodisher Septo PreClean satisfait aux exigences résultant de la législation sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

## Consignes de stockage :

Lors du stockage, conserver à une température entre 0 et 30 °C.

Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Le stockage dans les conditionnements d'origine fermés peut entraîner des variations de couleur. Ceci n'a toutefois aucune incidence sur les propriétés d'utilisation.

## Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité.

Celles-ci sont disponibles sur le site Internet [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) dans la rubrique « Service/Téléchargements ».

Vider les conditionnements complètement et les fermer avant de les éliminer. Élimination de résidus de produit : voir la fiche de données de sécurité correspondante.

MB 4503/3-5

Version de juillet 2020

- 1 Verbund für Angewandte Hygiene [Association allemande pour l'hygiène appliquée]
- 2 Conformément aux normes européennes EN13727, EN13624, EN14561 et EN14562, EN 14476, EN 17111
- 3 nach den Prüflinien des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DVV) [Conformément aux directives de contrôle de l'Institut Robert Koch (RKI) et de la Société allemande de lutte contre les maladies virales (DVV)]
- 4 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz [Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces]
- 5 Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut [Commission pour l'hygiène des hôpitaux et la prévention des infections auprès de l'Institut Robert Koch]
- 6 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Institut fédéral allemand pour les médicaments et les dispositifs médicaux]

Les informations fournies par cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de faire ses propres tests et essais. Aucune affirmation contraignante du point de vue juridique ne peut en être déduite.